



ЈП ЕПС-Приредно друштво			
"Термоелектране Николе Тесле" д.о.о.			
Обреновац			
ТЕ Колубара Велики Црљени			
пријемни	22 OCT 2014		
орг. јед.	број	примљ.	вредност
	12809		

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара– **Мерна опрема** број ЈН 6267./2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара– **Мерна опрема** број ЈН 6267./2014

Питање 1:

У вези с ЈН 6267 – Мерни alat molim Vas за одговор на следеће питање

- **У ставци 1 – тражи се клjunасто помично мерило с поделом на нонијусу од 0,02 mm.**
- **Да ли може да се понуди клjunасто помично мерило с поделом на нонијусу од 0,05 mm?**

Одговор 1:

Ставка 1 са подставкама треба да буде:

Кљунасто помично мерило са нонијусом

за мерење спољашњих и унутрашњих мера, висине степеника и дубине, DIN 862, израђено од нерђајућег челика, скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани, каљене мерне површине и вођице, са вијком за стезање, подела на нонијусу 0,02 mm, испорука у футроли

1.1 мерни опсег 0 ÷ 150 mm, дужина мерног крака 40 mm, подела на нонијусу 0,02 mm

1.2 мерни опсег 0 ÷ 200 mm, дужина мерног крака минимум 40 mm, подела на нонијусу 0,02 mm,

1.3 мерни опсег 0 ÷ 300 mm, дужина мерног крака минимум 65 mm, подела на нонијусу 0,02 mm,

1.4 мерни опсег 0 ÷ 500 mm, дужина мерног крака 150 mm, подела на нонијусу 0,05 mm,

1.5 мерни опсег 0 ÷ 1000 mm, дужина мерног крака 150 mm, подела на нонијусу 0,05 mm.

Комисија за јавну набавку бр. 6267./2014

У Великим Црљенима

Датум: 22.10.2014. године